



Ästhetik 06



Technologie 40



Veranstaltung 50

Editorial

Plastische Chirurgie ist **systemrelevant!** 03
Prof. Dr. Dr. Lukas Prantl

Ästhetik

Das vertikale Facelift mit **erweiterter mobiler SMAS-Lappen-Rotation** 06
PD Dr. med. Georg Huemer, MSc, MBA; Dr. med. Raphael Wenny

Beauty-Trend „Foxy Eyes“: **Begriffsklärung, Methoden, Bedenken** 12
Dr. med. Murat Dağdelen

Faceslimming mit minimalinvasiven Eingriffen: 18
mit Botulinumtoxin und Co. das Gesicht modellieren
Dr. med. Johannes Müller-Steinmann

Rekonstruktion eines **getunnelten Ohrläppchens** 22
Dr. med. Marion Krakor

News/Produkte 26

Spezial

Wunderwaffe Retinol – der Goldstandard 30
Dr. med. Miriam Rehbein

3D-Bilddokumentation 34
in der Plastischen & Ästhetischen Chirurgie
Janin Reineke

Bodycontouring **ohne OP** 36
Majang Hartwig-Kramer

Haare vom Roboter? **Warum nicht?** 40
Prof. (Syr) Dr. Ziyad Al Chiriki

8. GAERID Jahrestagung: 44
Trend zu minimalinvasiven Eingriffen und zu hybriden Events
Andreas Oertel

VDÄPC-Frühjahrsakademie 2020 50
unter besonderen Bedingungen
Alexandra Schweickardt

Cynosure eröffnet Experience Center in Frankfurter Innenstadt 54

Die Zusammenarbeit zwischen **Arzt und Kosmetikstudio** 56
Christian Erbacher, LL.M.

Impressum 58

Unsichtbare Anzeichen für Melanome messen

JETZT NEU: Nevisense 3.0 mit vereinfachtem Messprozess

INTEGRIEREN SIE NEVISENSE FÜR GENAUERE KLINISCHE ENTSCHEIDUNGEN

- Reduzierung unnötiger Exzisionen
- Monitoring auffälliger Läsionen
- 97% Sensitivität auf Melanome*
- Negativer Vorhersagewert von 99%

*Ab dem Stadium T1b lag die gemessene Sensitivität bei 100%

Objektive Risikobewertung im Bereich der Melanomerkennung

Nevisense ist ein Gerät zur Risikobewertung bei Läsionen mit Verdacht auf maligne Melanome, klinisch belegt durch die größte prospektive Studie** ihrer Art.

Auf diese Weise stehen dem Arzt bei der Entscheidung über eine Exzision zusätzliche Informationen zur Verfügung. Dabei kommt eine Technik namens Elektrische Impedanzspektroskopie (EIS) zum Einsatz. Die EIS misst durch Aussendung harmloser elektrischer Signale die elektrische Hautimpedanz bei verschiedenen Frequenzen.

Das von Melanomen betroffene Gewebe weist eine andere Impedanz als gesundes Gewebe auf. Anhand einer Analyse der Läsion und eines Vergleichs mit dem Referenzwert der gesunden Haut wird ein Risikowert bestimmt.

Dies stellt dem Dermatologen eine wertvolle zusätzliche Information zur Verfügung, um genauere klinische Entscheidung zu treffen. Mehr als 200 Praxen in Deutschland vertrauen bereits Nevisense (Stand Juni 2018). Weitere Informationen auf www.nevisense.de

**Clinical performance of the Nevisense system in cutaneous melanoma detection: an international, multicentre, prospective and blinded clinical trial on efficacy and safety. Malvehy J, Hauschild A, Curriel-Lewandrowski C, et al. British Journal of Dermatology. Band 171, Ausgabe 5, November 2014, Seiten 1099-1107

 **NEVISENSE™**
by SCIBASE

- Bitte senden Sie mir Informationen und Studienergebnisse zu
- Ich interessiere mich für eine Workshopteilnahme
- Ich wünsche eine Praxisdemonstration
- Ich wünsche: _____

Ich bin an weiteren Informationen interessiert:

Praxis: _____

Name: _____

Strasse: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ e-mail: _____

Bitte ausschneiden/kopieren und per Fax an: 089 – 2093 1452 oder senden Sie eine email an: info@scibase.com

Gebühr zahlt
Empfänger

SciBase GmbH
Widenmayerstr. 11
DE-80538 München